



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC**

**ERRATA Nº 001/2024 – SALIC/SEAD
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2024 – SALIC /MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2024 – SALIC/SEAD**

A Secretaria da Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas comunica a retificação do Edital do Pregão em epígrafe nos seguintes termos:

➤ 1- Inclui-se no Edital o Anexo I-B Painel de Controle do Termo de Referência.

➤ 2- ITEM 3.9.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ONDE SE LÊ:

3.9.3. Veículo Policial tipo Caminhonete 4x4 com compartimento humanizado para transporte de detidos. Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up. (Item 05 e 06).

LEIA-SE:

3.9.3. Veículo Policial tipo Caminhonete 4x4 com compartimento humanizado para transporte de detidos. Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up. (Item 03).

➤ 3- QUADRICICLO – ITEM 06

ONDE SE LÊ:

“- Potência: no mínimo 26,5 CV a 6.250 RPM;

- Altura do assento: mínimo 90cm.”

LEIA-SE:

“- Potência: no mínimo 26 CV a 6.000 RPM;

- Altura do assento: mínimo 80cm.”



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC**

➤ 4 - AMBULÂNCIA TIPO C

ITEM 04

ONDE SE LÊ

“1.12.1 Desfibrilador Externo Automático com as condições mínimas exigíveis...

1.21.1.2 Onda bifásica para choque, onde a energia é até 200J; ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças;... 1.21.1.5 Uma bateria recarregável e respectivo carregador com autonomia mínima de 150 choques em energia máxima e 12 horas de monitorização contínua de ECG sem necessidade de troca durante esse período;

1.21.1.7 Cabo de ECG de 3 vias;...

1.21.1.10 Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, som ambiente, eventos críticos e procedimentos realizados;...

1.21.1.16 Deverá ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura;

LEIA-SE

“1.12.1 Desfibrilador Externo Automático com as condições mínimas exigíveis...

1.21.1.2 Onda bifásica para choque, onde a energia é até 1500J; ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças; ...

1.21.1.5 Uma bateria recarregável e respectivo carregador com autonomia mínima de 150 choques em energia máxima ou 06 horas de monitorização contínua de ECG sem necessidade de troca durante esse período;...”



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC

Outrossim, informamos que a data de abertura do certame fica remarcada para o dia 05 de novembro de 2024, às 14h30m (horário de Brasília), através do portal de compras www.compras.ma.gov.br, conforme Aviso de Remarcação publicado.

São Luís, 22 de outubro de 2024.

ALINE PINHEIRO VASCONCELOS

Secretaria Adjunta de Registro de Preços